ANIOS R444

CE

Rénovateur de l'instrumentation en inox



- **Elimine les piqûres de rouille (passivation)**
- **Supprime les dépôts minéraux**
- **Utilisation en trempage : système de doseur incorporé**

INDICATIONS

Produit spécial de rénovation des instruments en inox et dispositifs médicaux. Elimine les traces protéiques, les dépôts d'oxyde de fer et autres tâches d'oxydation.

CARACTERISTIQUES

- Solution liquide limpide.
- Densité à 20°C: 1,360 +/- 0,005
- pH (produit dilué) à +20°C : environ 1,25



PRODUIT A DILUER
soit 50 ml → 1 L

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1995/3723
CERTIFIED EQNet QUALITY SYSTEM



ANIOS R444

Rénovateur de l'instrumentation en inox.

MODE D'EMPLOI

Avant toute utilisation s'équiper de protections adéquates : masque, lunettes et gants)
Solution concentrée pour usage professionnel.
Utilisation en trempage à la dilution de 5 % dans l'eau tiède.

- Immerger les instruments.
- Temps de trempage: 1 à 2 heures (contrôler l'état de l'instrumentation toutes les 30 minutes).
- Lorsque l'instrumentation est visiblement rénovée, la sortir du bain
- Rincer soigneusement et sécher.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon la Directive Europeénne 99/45/CE). Stockage : de +5°C à +35°C.

CONDITIONNEMENT

3 flacons de 1 L doseur.....Réf. 0191.137



laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

0191FR-2008.11B - Photos non contractuelles